



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

подпись

инициалы, фамилия

27 АПР 2018

Приложение
к аттестату об аккредитации
N RA.RU. 311535
от " " _____ г.
на 1 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ №1
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

117335, Москва, Нахимовский пр., 58
адрес места осуществления деятельности

Проверка средств измерений
Сфера действия аттестата аккредитации

ВЫЦ

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	Генераторы сигналов высокочастотные аналоговые и векторные	8кГц..67ГГц (-130..30)дБ/мВт Фазовые шумы отстройка 10 кГц несущая 1 ГГц ≥ -160 дБн/Гц	ПГ ± 1*10 ⁻⁸ ПГ ± 0.2 дБ	
2	Эквиваленты сети	9кГц..1000МГц	ПГ ± 1 дБ	
3	Аттенюаторы, меры ослабления	(-90 .. 0) дБ (0 .. 50) ГГц	ПГ ± 0.02 дБ	

Директор сервисного центра
ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»

Д.М.Босый

м.п.

